

第4回透析液成分濃度測定装置認証試験による認証装置と認証項目（認証日：2020年12月19日）

測定機器メーカー	分析装置	対応機種名	酢酸系					クエン酸系				
			Na	K	Cl	pH	HCO ₃ ⁻	Na	K	Cl	pH	HCO ₃ ⁻
アイ・エル・ジャパン	電解質付き血液ガス分析装置	GEM 3000 / 3500	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○
		GEM 5000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エイアンドティー	電解質分析装置（希釈法）	EA 10M	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—
シーメンス	電解質付き血液ガス分析装置	RL 348 / 348EX	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○
		RP 500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
常光	電解質分析装置（非希釈法）	EX-G	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—
		IoNEX *	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—
タイヨウ	電解質分析装置（非希釈法）	Easy E2004	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—
テクノメディカ	電解質分析装置（非希釈法）	STAX-6	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—
	電解質付き血液ガス分析装置	GASTAT-700シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ノバ・バイオメディカル	電解質分析装置（非希釈法）	Stat Profile Prime ES Comp	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—
	電解質付き血液ガス分析装置	Stat Profile pHox plus C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電解質付き血液ガス分析装置	Stat Profile Prime Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラジオメーター	電解質付き血液ガス分析装置	ABL 90 FLEX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ABL 9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* IoNEXのみ認証日2021年3月9日

○は認証項目、×は非認証項目、—は項目設定なし